


# multimeter UT195DS IP65 (UT195DS)

(UT195DS)



6935750519547



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401178910
Fabrikantnummer	UT195DS
EAN code	6935750519547
Merk	UNI-T
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	30525549
Indicatie/aanduiding	Analoog/digitaal
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	750
Max. spanningsbereik DC (V)	1000
Max. stroommeetbereik AC (A)	20
Max. stroommeetbereik DC (A)	20
Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm)	60
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV

## Technische details

Analoge balkaanduiding	Ja
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Meervoudige indicatie	Ja

Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 $\mu$ A
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 $\mu$ A
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Max. temperatuurmeetbereik ( $^{\circ}$ C)	-6
Kleinste resolutie temperatuur	
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik ( $\mu$ F)	60000
Kleinste resolutie capaciteit	0,001 $\mu$ F
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	40000
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolatiweerstandsmmeetbereik (M Ohm)	-/-
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee

Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja

Beschermingsgraad (IP)	IP65
------------------------	------

Temperatuurmeting	Nee
-------------------	-----

Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
---------------------------------------	----

Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
--	-----

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uni-t-multimeter-ut195ds-ip65-ut195ds>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA