

Tekniska data

Flukes AC385/AC385-RGB SureGrip™-satser med krokodilklämmor, CAT III 1 500 V/CAT IV 1 000 V, 30A



Nyckelfunktioner

- Klassning som CAT III 1 500 V, CAT IV 1 000 V, 30A för användning i högspänningsmiljöer
- Käftar i nickelpläterat stål för hållbara och säkra anslutningar
- SureGrip™-designen förbättrar hanteringen och greppet i fält
- Bred käftöppning rymmer stora anslutningar och ledare

Produktöversikt: Flukes AC385/AC385-RGB SureGrip™-satser med krokodilklämmor, CAT III 1 500 V/CAT IV 1 000 V, 30A

Flukes AC385 och AC385-RGB SureGrip™-satser med krokodilklämmor är byggda för att ge starka och säkra anslutningar i solenergi- och högspänningsmiljöer. Båda modellerna uppfyller säkerhetsklassningarna CAT III 1 500 V och CAT IV 1 000 V, 30A. De robusta nickelpläterade käftarna säkerställer tillförlitlig kontakt med ledarna, medan den ergonomiska SureGrip™-designen ger överlägsen kontroll även vid utmanande förhållanden. AC385-RGB-modellen innehåller 3 färgkodade klämmor för att klara arbetsflöden med testning av jordfel i solenergianläggningar och är kompatibel med TL324-RGB-testkablar.

Specifikationer: Flukes AC385/AC385-RGB SureGrip™-satser med krokodilklämmor, CAT III 1 500 V/CAT IV 1 000 V, 30A

- Säkerhetsklass: CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A
- Käftöppning: Upp till 36,7 mm
- Kontakttyp: 4 mm skärmad banankontakt
- Användningstemperatur: -20 °C till 50 °C, 95 % RH
- Föroreningsgrad: 2
- Höjd över havet: Upp till 3 000 m

Modeller



AC385

Flukes AC385 SureGrip™-sats med krokodilklämmor, CAT III 1 500 V/CAT IV 1 000 V

Följande ingår:

- Röda och svarta krokodilklämmor med nickelpläterade käftar

AC385-RGB

AC385-RGB SureGrip™-sats med krokodilklämmor, CAT III 1 500 V/CAT IV 1 000 V

Följande ingår:

- Röda, svarta och gröna krokodilklämmor med nickelpläterade käftar
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2025 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
12/2025

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.