

## Technische daten

# TL71 Messleitungssatz



## Wichtigste Merkmale

- Ein Paar Messleitungen (rot, schwarz) mit handlichem Griff mit silikonisierten abgewinkelten Steckern.
- Empfohlen für  $\mu$ V-Messungen
- CAT III 1000 V, 10 A
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V nur mit Schutzkappe
- 1 Jahr Gewährleistung

## Produktübersicht: TL71 Messleitungssatz

Messleitungen sind integraler Bestandteil des vollständigen Messsystems und erweitern die Fähigkeiten Ihres Digitalmultimeters. Der Premium-Messleitungssatz Fluke TL71 verfügt über ein Paar roter und schwarzer Messleitungen mit handlichem Griff, mit flexiblen, silikonisierten, abgewinkelten Steckern. Mit komfortablen Griffzonen, hitze- und kältebeständig, Sicherheitsspezifikation CAT III 1000 V.

## Technische Daten: TL71 Messleitungssatz

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Lead Length     | 1.2 (4 ft), 2mm diameter probe tip                    |
| Category Rating | CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max |

Operating temperature

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F),  
90 % RH altitude: 2000 m (6,562 ft)

## Modelle



### Fluke TL71

Prüfkabelsatz

- One pair (red, black) comfort grip probes with silicone insulated, right-angle test leads
- Recommended for  $\mu\text{V}$  measurements
- CAT II 1000 V, 10 A rating
- CAT III 1000 V, CAT IV 600V only with protective cap
- One year warranty

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

[www.fluke.de](http://www.fluke.de)

©2026 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

05/2026

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**